

Приложение № 1
к Договору поставки
№ РСИО/2023- от _____ 2023 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АНО «РСИО»

И.Ф. Хайрутдинов
« _____ » _____ 2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оборудования для объекта: «Строительство бассейна для ГБПОУ
«МССУОР №4» им. А.Я. Гомельского» Москомспорта по адресу: ул. Лескова, д. 25а»

Москва, 2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1) предмет торгов (наименование лота): **поставка оборудования для объекта: «Строительство бассейна для ГБПОУ «МССУОР №4» им. А.Я. Гомельского» Москомспорта по адресу: ул. Лескова, д. 25а».**

2) краткие характеристики поставляемых товаров: в соответствии с техническим заданием и приложением № 3 «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), иные сведения о товаре»;

3) количество поставляемого товара для каждой позиции: в соответствии с приложением №1 «Сведения о количестве и сроках поставки товара»;

4) сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: в соответствии с приложением № 1 «Сведения о количестве и сроках поставки товара», приложением №2 «Общие требования к поставке товара, сведения о сопутствующих услугах, требования соответствия нормативным документам, сроки поставки» и проектом договора;

5) общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа: в соответствии с приложением №2 «Общие требования к поставке товара, сведения о сопутствующих услугах, требования соответствия нормативным документам, сроки поставки» и проекте договора;

6) требования к качественным и функциональным характеристикам товаров, требования к безопасности товаров, требования к комплектности (объемам) поставки: в соответствии с техническим заданием и приложением №3 «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), иные сведения о товаре»;

7) требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования): в соответствии с приложением №2 «Общие требования к поставке товара, сведения о сопутствующих услугах, требования соответствия нормативным документам, сроки поставки»;

8) качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: в соответствии с техническим заданием и приложением №3 «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), иные сведения о товаре».

9) в случае, если в настоящем техническом задании, приложение №3 или любом другом документе документации запроса предложений имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, указанные в составе документации запроса предложений.

**Сведения о количестве и сроках на поставку
оборудования для объекта: «Строительство бассейна для ГБПОУ «МССУОР №4»
им. А.Я. Гомельского» Москомспорта по адресу: ул. Лескова, д. 25а».**

№ п/п	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Срок монтажа
1	2	3	4	5	6
Перечень оборудования №1 по разделу: Медицинское оборудование (отечественное оборудование)					
1	Холодильник фармацевтический для хранения препаратов ХФ-250 «ПОЗИС» или эквивалент	шт.	1	не более 3 (трех) месяцев с даты подписания договора	не требуется
2	Облучатель воздуха закрытого типа (рециркулятор) «КРОНТ» Дезар-5 или эквивалент	шт.	3	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
3	Камера с УФ-излучением для хранения стерильных медицинских изделий КБ-Я-ФП или эквивалент	шт.	1	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не требуется
4	Ростомер МСК-234 или эквивалент	шт.	1	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
5	Светильник медицинский диагностический напольный передвижной СД-200 или эквивалент	шт.	1	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не требуется
6	Лабораторная водяная баня ПЭ-4310 или эквивалент	шт.	1	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не требуется
7	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-2 или эквивалент	шт.	1	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не требуется
8	Лабораторные весы для измерений массы веществ и материалов ВМ-153М-II или эквивалент	шт.	1	не более 4 (четырёх) месяцев с даты подписания договора	не требуется
9	Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ или эквивалент	шт.	1	не более 4 (четырёх) месяцев с даты подписания договора	не требуется
10	Глюкометр ОМЕЛОН В-2 или эквивалент	шт.	1	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
11	Пузырь для льда	шт.	1	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
12	Термометр медицинский	шт.	7	не более 2 (двух) месяцев с	не требуется

				даты подписания договора	
13	Алкотестер (алкометр) Динго АТ-1000 или эквивалент	шт.	1	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
14	Штатив для капельницы передвижной Белва 2500 или эквивалент	шт.	1	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
15	Бюретка для титрования с одноходовым краном	шт.	2	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
16	Пипетка градуированная универсальная	шт.	5	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
17	Колба мерная 2а-1000-2 с 1 метк. и пласт. пробкой	шт.	2	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
18	Колба мерная 2а-100-2 с 1 метк. и пласт. пробкой	шт.	2	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
19	Стекло часовое лабораторное	шт.	5	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
20	Цилиндр мерный 2-100-2 с шлифованной пробкой, на стеклянном основании	шт.	2	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
21	Контейнер для замачивания и дезинфекции медицинских инструментов, 1л, КДС-1 или эквивалент	шт.	1	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
22	Контейнер для замачивания и дезинфекции медицинских инструментов, 3л, КДС-3 или эквивалент	шт.	1	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
23	Контейнер для сбора органических отходов и острого инструментария класса «Б», ОЛДАНС или эквивалент	шт.	1	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
24	Носилки медицинские ММ-1А7 Промресурс или эквивалент	шт.	1	не более 4 (четырёх) месяцев с даты подписания договора	не требуется
25	Матрас вакуумный иммобилизирующий КОКОН взрослый МВИов-02 Омнимед или эквивалент	шт.	1	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не требуется
26	Матрас вакуумный иммобилизирующий КОКОН детский МВИд-01 Омнимед или эквивалент	шт.	1	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не требуется
27	Заготовки шин транспортных разового пользования	к-т.	1	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется

Перечень оборудования №2 по разделу: Медицинское оборудование (импортное)

28	Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 Аксион с 4-мя каналами (модель: ЮМГИ.941135.009-03) или эквивалент	шт.	1	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не требуется
29	Электрокардиограф 3-х канальный со встроенным термопринтером и экраном ЭК12Т-01-Р-Д/141 или эквивалент	шт.	1	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не требуется
30	Весы. Анализатор состава тела и обмена веществ в организме по методу биоэлектрического анализа Tanita BC-545 или эквивалент	шт.	1	не более 4 (четырёх) месяцев с даты подписания договора	не требуется
31	Лабораторный рН-метр Kelilong PH-013 или эквивалент	шт.	1	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не требуется
Перечень оборудования №3 по разделу: Медицинские инструменты (отечественные)					
32	Аптечка первой помощи (коллективная на 100 человек)	шт.	1	не более 4 (четырёх) месяцев с даты подписания договора	не требуется
33	Набор для оказания первой помощи на воде	шт.	1	не более 4 (четырёх) месяцев с даты подписания договора	не требуется
34	Набор для оказания экстренной медицинской помощи НРСП-02 Медплант или эквивалент	шт.	1	не более 4 (четырёх) месяцев с даты подписания договора	не требуется
35	Подушка-валик массажный ПВалМФО1 ВиЦыАн или эквивалент	шт.	2	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
36	Тонометр для измерения артериального давления	шт.	2	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
37	Подушка-валик массажный 500 мм ВалМФ ВиЦыАн или эквивалент	шт.	2	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
38	Подушка-валик массажный 250 мм ВалМФО2 ВиЦыАн или эквивалент	шт.	2	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
39	Лоток медицинский почкообразный	шт.	1	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
40	Стакан медицинский	шт.	2	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
41	Спирометр портативный УСПЦ-01 или эквивалент	шт.	1	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
42	Фонендоскоп-стетоскоп двухсторонний СФ-03 Аджютор или эквивалент	шт.	2	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется

43	Жгут резиновый кровоостанавливающий	шт.	5	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
44	Набор шприцов одноразовых 5 мл	к-т.	1	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
45	Пинцет анатомический П-99в или эквивалент	шт.	5	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
46	Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 140 мм, Н-3т или эквивалент	шт.	2	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
47	Грелка резиновая	шт.	1	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
48	Лоток прямоугольный медицинский ЛМПр или эквивалент	шт.	10	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
49	Шпатель для языка полимерный стерильный К-ПИИ или эквивалент	упак.	1	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
50	Шина Крамера проволочная	шт.	10	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
51	Корнцанг изогнутый для детей, 228 мм	шт.	3	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
52	Набор одноразовых простыней в рулоне	упак.	1	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
53	Крафт – пакеты для стерилизации	упак.	1	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
Перечень оборудования №4 по разделу: Медицинская и лабораторная мебель (отечественная)					
54	Стол лабораторный письменный однотумбовый	шт.	1	не более 4 (четырёх) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
55	Стол для врача с подвесной тумбой	шт.	1	не более 4 (четырёх) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
56	Стул для врача крутящийся со спинкой	шт.	1	не более 4 (четырёх) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
57	Кушетка медицинская смотровая КМС-01- "МСК" МСК-203 или эквивалент	шт.	2	не более 4 (четырёх) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа

					(УПД)
58	Ширма медицинская трехсекционная ШМ-МСК (МСК-3302-01) или эквивалент	шт.	2	не более 4 (четырёх) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
59	Шкаф медицинский ПАКС М2 175.80.40 или эквивалент	шт.	2	не более 4 (четырёх) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
60	Шкаф медицинский для документов	шт.	1	не более 4 (четырёх) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
61	Шкаф медицинский для одежды	шт.	2	не более 4 (четырёх) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
62	Стол массажный Heliox FM22 или эквивалент	шт.	2	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
63	Стол инструментальный СИП-2/М-Я или эквивалент	шт.	3	не более 4 (четырёх) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
64	Стул массажиста МА-03МСТ-3СЛ или эквивалент	шт.	1	не более 4 (четырёх) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
65	Стол для титрования со столешницей из керамогранитной плитки НВ-1200 ТК или эквивалент	шт.	1	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
66	Мойка лабораторная МК-Л-01 или эквивалент	шт.	1	не более 4 (четырёх) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)

67	Шкаф для приборов МД 1 1760 R или эквивалент	шт.	1	не более 4 (четырёх) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
68	Шкаф для химических реактивов	шт.	1	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
69	Вытяжной шкаф (в комплекте розетки, светильник, вытяжной блок с гофрированной трубой) НВ-1200ШВ-Б или эквивалент	шт.	1	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
70	Стол лабораторный	шт.	1	не более 4 (четырёх) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
71	Тумба медицинская	шт.	1	не более 4 (четырёх) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
72	Массажная кабина	шт.	2	не более 4 (четырёх) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)

Перечень оборудования №5 по разделу: Компьютерное оборудование

73	Компьютер персональный	к-т.	26	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не требуется
----	------------------------	------	----	---	--------------

Перечень оборудования №6 по разделу: Мебель (отечественная)

74	Стол приставной	шт.	1	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
75	Витрина для кубков	шт.	2	не более 4 (четырёх) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
76	Стойка ресепшн для тренера	шт.	1	не более 4 (четырёх) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или

					универсального передаточного документа (УПД)
Перечень оборудования №7 по разделу: Хозяйственный инвентарь					
77	Контейнер для хранения ртутьсодержащих ламп КРЛ-2-120 или эквивалент	шт.	5	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
78	Поручень в сан узел для инвалидов	к-т	5	не более 4 (четырёх) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
79	Ведро пластиковое уборочное с отжимом	шт.	5	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
80	Швабра с телескопической ручкой	шт.	5	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
81	Тележка уборочная	шт.	5	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
82	Аппарат для надевания ПВХ-бахил с ЖК-дисплеем BOOT-PAK THERMO XT-46C или эквивалент	шт.	1	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
Перечень оборудования №10 по разделу: Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь (отечественное)					
83	Грифы	к-т	1	не более 4 (четырёх) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
84	Диски металлические	компл.	1	не более 4 (четырёх) месяцев с даты подписания договора	не требуется
85	Крепления для разделительных дорожек бассейна	компл.	1	не более 4 (четырёх) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
Перечень оборудования №11 по разделу: Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь (импортное)					
86	Тренажер для пловцов биокинетический эргометр VASA Swim Ergometer или эквивалент	шт.	2	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)

87	Ноутбук	шт.	1	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не требуется
88	Принтер	шт.	1	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
89	Иглы для насоса	упак.	1	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется
Перечень оборудования №12 по разделу: Видеоборудование (импортное)					
90	Цифровая видеокамера Canon EOS C100 Mark II или эквивалент	шт.	1	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не требуется
91	Секундомер 4-х стрелочный СтС-4.90 или эквивалент	шт.	3	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
92	Защитное сетчатое ограждение для спортзала	м2	280	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
93	Мат-протектор для колонн	м2	70	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
94	Громкоговоритель ручной	шт.	2	не более 4 (четырёх) месяцев с даты подписания договора	не требуется
95	Модернизация комплекта баскетбольного судейства	к-т.	1	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
96	Крепеж для сетки	компл.	1	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
97	Шторы на душевые	шт.	3	не более 4 (четырёх) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)

98	Тренажер для пловцов-тележка HYDROTONUS 033105 или эквивалент	шт.	2	не более 4 (четырёх) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
99	Турник-брусья DFC Power Tower G008 или эквивалент	шт.	2	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
100	Гантельный ряд от 2,5 кг до 25 кг	шт.	1	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
101	Гантельный ряд от 27,5 кг до 50 кг	шт.	1	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
102	Душевая верхняя насадка IDDIS или эквивалент	шт.	10	не более 2(двух) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
103	Комплект для подключения ТВ	к-т.	1	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
104	Контрастная предупреждающая полоса, ширина 300 мм	м.п.	30	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
105	Контрастная предупреждающая полоса, ширина 150 мм	мп	38	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
106	Тротуарная тактильная плитка	м.п.	13	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
Перечень оборудования №13 по разделу: Благоустройство					
107	Урна	шт.	2	не более 5 (пяти) месяцев с	не более 10 рабочих дней с даты

				даты подписания договора	подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
108	Контейнерная площадка	к-т.	1	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
109	Контейнеры	шт.	3	не более 5 (пяти) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
110	Парковка для велосипедов	шт.	1	не более 5 (пяти) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
111	Дорожный знак "СТОП"	шт.	1	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
112	Дорожный знак "Парковка для инвалидов"	шт.	2	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
113	Стойки для дорожных знаков	шт.	3	не более 6 (шести) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
114	Номерки для гардероба	шт.	135	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не более 10 рабочих дней с даты подписания накладной (ТОРГ 12) или универсального передаточного документа (УПД)
115	Бирки для ключей	шт.	382	не более 2 (двух) месяцев с даты подписания договора	не требуется

Общие требования к поставке товара, сведения о сопутствующих услугах, требования соответствия нормативным документам, сроки поставки

Поставка оборудования для объекта: «**Строительство бассейна для ГБПОУ «МССУОР №4» им. А.Я. Гомельского» Москомспорта по адресу: ул. Лескова, д. 25а»**

- Адрес доставки: г. Москва, Адрес объекта ул. Лескова 25 а стр 1
- Срок поставки: согласно приложению №1 к Техническому заданию.
- Монтажные и пуско-наладочные работы: требуются
- Доставка: требуется
- Погрузочно-разгрузочные работы: требуются
- Подъем товара на этаж: требуется

В техническом задании указаны требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика или определения его эквивалентности. Если документацией запроса предложений не предусмотрено иное, значения таких показателей не могут изменяться.

Порядок и сроки монтажных работ необходимо согласовать с Покупателем.

Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества товара, а также к гарантийному обслуживанию товара и расходам на обслуживание товара в гарантийный срок указаны в договоре.

Гарантийный срок на поставленный товар устанавливается сроком не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД). Если для какого-либо товара стандартные гарантийные сроки, установленные производителем данного товара, превышают запрашиваемый гарантийный срок, то гарантийный срок на данный товар устанавливается продолжительностью не менее стандартного гарантийного срока, установленного производителем данного товара.

Условия гарантийной и технической поддержки поставляемого товара должны соответствовать стандартным условиям, установленным производителями.

Поставляемый товар может превосходить заявленный по техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам).

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, свободным от прав третьих лиц, не находиться под арестом, в залоге и не являться предметом спора.

Поставляемый товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. Упаковка должна иметь наружную маркировку (транспортную, отправительскую, защитную, упаковочные ярлыки, пломбы). Маркировка на упаковке должна позволять идентифицировать товар с транспортным документом (накладной).

Поставляемый товар должен удовлетворять действующим в Российской Федерации требованиям стандартов качества, безопасности, санитарным и гигиеническим нормам, иметь сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты. Заявка участника должна содержать копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации за исключением случаев, если указанные документы передаются вместе с товаром.

Поставляемый товар должен быть работоспособным и включать в комплект поставки все необходимые компоненты для обеспечения данного требования.

Вся эксплуатационная документация должна быть представлена на русском языке или с заверенным переводом оригинала. Техническая документация по установленному Товару и

оказанным сопутствующим услугам (технические паспорта, инструкции и руководства по монтажу и эксплуатации) должна быть на русском языке.

Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, поставляемый товар должен быть серийным или состоять из серийно выпускаемых компонентов

В случае если Товар произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.

Требования к товарам

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), иные сведения о товаре

поставка оборудования для объекта: «Строительство бассейна для ГБПОУ «МССУОР №4» им. А.Я. Гомельского» Москомспорта по адресу: ул. Лескова, д. 25а».

№ п/п	Наименование оборудования	Указание на товарный знак (модель, производитель)	Технические характеристики			
			Требуемый параметр	Требуемое значение	Значение, предлагаемое участником	Ед. изм.
1	2		3	4	5	6
Перечень оборудования №1 по разделу: Медицинское оборудование (отечественное оборудование)						
1	Холодильник фармацевтический для хранения препаратов ХФ-250 «ПОЗИС» или эквивалент		Общий объем	Не менее 240 не более 260		л
			Количество дверей	1		
			Точность поддержания температуры	не более 2		°С
			t режим	[+2...+15]		°С
			Исполнение двери	глухая		
			Охлаждение	Динамическое		тип
			Высота	не более 130		см
			Ширина	не более 60		см
			Глубина	не более 61		см
			Категории	Фармацевтические холодильники		
2	Облучатель воздуха закрытого типа (рециркулятор) “КРОНТ”Дезар-5 или эквивалент		Исполнение	настенное		
			Тип рециркулятора	закрытый		
			Материал корпуса	пластик		тип
			Количество ламп	не менее 5		шт.
			Мощность ламп	не менее 15		Вт
			Укомплектование лампами	да		

		Производительность	не менее 100		м ³ /ч
		Категории помещений	I, II, III, IV, V		
		Возможность облучения в присутствии людей	есть		
		Наличие таймера наработки ламп	есть		
		Бактерицидная эффективность	Не менее 99,9		%
		Длина	Не менее 360 не более 380		мм
		Ширина	Не менее 130 не более 150		мм
		Высота	Не менее 880 не более 900		мм
		Количество сменных фильтров	не менее 12		шт.
		Количество сменных угольных фильтров	не менее 1		шт.
		регистрационное удостоверение	да		
3	Камера с УФ-излучением для хранения стерильных медицинских изделий КБ-Я-ФП или эквивалент	Тип камеры	напольная		
		Объем	Не менее 100 не более 120		л
		Тип лампы	TUV-30		
		Время непрерывной работы камеры	не более 168		ч
		Равномерно-распределенная нагрузка на полку	Не менее 100		Н
		Облученность от лампы до центра решетки на длине волны 253,7 нм	Не менее 6		Вт/м ²
		Сохранение стерильности инструментов	не более 7		сутки
		Ширина столика	Не менее 880 не более 920		мм

			Глубина столика	Не менее 400 не более 450		мм
			Высота столика	Не менее 800 не более 810		мм
			регистрационное удостоверение	да		
4	Ростомер МСК-234 или эквивалент		материал изготовления	металл		
			защитное покрытие	эпоксидно-порошковое		
			Длина	не менее 500 не более 600		мм
			Ширина	не менее 400 не более 500		мм
			Высота	не менее 2100 не более 2200		мм
			Цена деления	1		мм
			Погрешность измерения	Не более 5		мм
			регистрационное удостоверение	да		
5	Светильник медицинский диагностический напольный передвижной СД-200 или эквивалент		Рабочее расстояние	700-1000		мм
			Исполнение	напольный, передвижной		
			Тип	бестеневой		
			Источник света	галогеновая лампа		
			Максимальная освещенность в центре рабочего поля	Не менее 35000 не более 45000		Лк
			Диаметр рабочего поля (на дистанции 0,7 м)	Не менее 130 не более 170		мм
			Диаметр светового поля (на дистанции 0,5 м)	Не менее 180 не более 220		мм
			Потребляемая мощность	Не более 200		Вт
			регистрационное удостоверение	да		
6	Лабораторная водяная баня ПЭ-4310 или эквивалент		Ширина (без штативных стоек)	Не более 570		мм
			Высота (без штативных стоек)	Не более 400		мм

		Глубина (без штативных стоек)	Не более 340		мм
		Ширина ванны	Не менее 480 не более 520		мм
		Высота ванны	Не менее 280 не более 320		мм
		Глубина ванны	Не менее 180 не более 200		мм
		Объем ванны	не более 30		л
		Неравномерность температуры по объему	±1,0		°С
		Точность поддержания температуры при номинальном объеме жидкости	±0,5		°С
		Дискретность установки температуры	0,1		°С
		Потребляемая мощность	не более 2000		Вт
		Терморегулятор	цифровой		
7	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-2 или эквивалент	Диаметр мембранного фильтра	47		мм
		Основание	нержавеющая сталь		
		Насос	да		
		Воронка	полипропилен		
		Рабочий объём воронки	250		мл
		Количество воронок в ячейке	2		шт
		Производительность	Не менее 15 не более 25		л/мин
		Потребляемая мощность	Не более 170		Вт
		Рабочий объём	2500		мл
		Пробка с отверстием	силикон		
8	Лабораторные весы для измерений массы веществ и материалов ВМ-153М-II или	Наибольший предел взвешивания	150		г
		Точность	0,001		г
		Диаметр платформы	Не менее 90 не более 110		мм

	эквивалент		Класс точности	II		
			Наличие номера в госреестре	да		
			Поверка	да		
			Диаметр чаши	Не более 120		мм
			Масса весов	не более 2		кг
9	Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ или эквивалент		Тип камеры	прямоугольная		
			Полезный объём камеры	Не менее 70 не более 90		л
			Создаваемые температурные режимы	[от 50 до 200]		°С
			Время нагрева до температуры 180°С	не более 55		мин
			Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения	не более 3		°С
			Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере	не более 235		°С
			Время непрерывной работы в сутки	не менее 16		ч
			Корректированный уровень звуковой мощности	не более 67		дБА
10	Глюкометр ОМЕЛОН В-2 или эквивалент		Диапазон измерений артериального давления	[от 20 до 280]		мм рт.ст.
			Диапазон индикации уровня глюкозы в крови	[от 2 до 18]		ммоль/л
			Предел допускаемой основной погрешности измерения артериального давления	Не более 3		мм рт.ст.

			Предел допускаемой основной погрешности индикации концентрации глюкозы в крови	Не более 20		%
			Время установки рабочего режима после включения	не более 10		с
			Масса без источников питания	не более 0,5		кг
			Длина	Не менее 145 не более 165		мм
			Ширина	Не менее 90 не более 110		мм
			Высота	Не менее 40 не более 50		мм
			Источники питания в комплекте прибора	наличие		
11	Пузырь для льда		Материал	резина		
			Диаметр	не менее 195 не более 200		мм
			Объем	Не менее 680 не более 720		мл
12	Термометр медицинский		Термометрическая жидкость	галлий/индий/олово		
			Диапазон измерений	[от +35 до +42]		°С
			Длина	Не более 130		см
			Наличие поверки	Да		
			Вид упаковки	пластиковый футляр		
		Комплектация	термометр, футляр			
13	Алкотестер (алкометр) Динго АТ-1000 или эквивалент		Диапазон измерений	[от 0.00 –до 4.00]		промилле
			Пределы доп. погрешности:- в диапазоне 0.00-0.50	Не более 0,05		промилле
			Время подготовки первого теста	Не более 35		с
			Время установки	до 22		с

			показаний			
			Межповерочный интервал	12		мес
			Вес	не более 90		г
14	Штатив для капельницы передвижной Белва 2500 или эквивалент		Тип	телескопический		
			Высота регулируемая	[от 1200 до 2000]		мм
			Диаметр основания	Не менее 550 не более 590		мм
			Конструкция	разборная		
			Регулировка высоты стойки	винтовой зажим		
			Количество держателей для флаконов	2		
			Материал держателей для флаконов	пластик		
			Регистрационное удостоверение	да		
15	Бюретка для титрования с одноходовым краном		Модель	Тип 1		
			Исполнение	1		
			Класс точности	2		
			Объем	Не более 50		мл
			Цена деления	0,1		мл
			Одноходовой кран	да		
16	Пипетка градуированная универсальная		Объем	25		мл
			Тип	3 (третьего) — градуированная пипетка, которая измеряет на слив жидкость от верхней нулевой отметки до какой-либо отметки		
			Исполнение	1а – с делениями прямая и запасным резервуаром		
			Класс точности	1		
			Объем	5		мл

			Длина	Не более 370		мм
			Цена деления	0,2		мл
17	Колба мерная 2а-1000-2 с 1 метк. и пласт. пробкой		Исполнение	2		
			Класс точности	2		
			Объем	1000		мл
			Пробка	притертая		
			Диаметр	Не более 125		мм
			Высота	Не более 300		мм
18	Колба мерная 2а-100-2 с 1 метк. и пласт. пробкой		Исполнение	2		
			Класс точности	2		
			Объем	Не более 100		мл
			Пробка	притертая		
			Диаметр	Не более 125		мм
			Высота	Не более 300		мм
19	Стекло часовое лабораторное		Диаметр	Не менее 45 не более 55		мм
			Толщина	2		мм
20	Цилиндр мерный 2- 100-2 с пришлифованной пробкой, на стеклянном основании		Исполнение	2		
			Класс точности	2		
			Объем	Не более 100		мл
			цена деления	0,1		мл
			Пробка	притертая		
			Диаметр	Не более 60		мм
			Высота	Не менее 240 не более 280		мм
21	Контейнер для замачивания и дезинфекции медицинских инструментов, 1л, КДС-1 или эквивалент		Длина	Не менее 260 не более 300		мм
			Ширина	Не более 160		мм
			Высота	Не более 110		мм
			Рабочий объем	1		л
			Температура, выдерживаемая контейнером	Не менее 120		°С
			Материал	полипропилен		

			Крышка	есть		
			Перфорированный поддон	есть		
22	Контейнер для замачивания и дезинфекции медицинских инструментов, 3л, КДС-3 или эквивалент		Длина	Не менее 350 не более 390		мм
			Ширина	Не более 200		мм
			Высота	Не более 140		мм
			Рабочий объем	3		л
			Температура, выдерживаемая контейнером	Не менее 120		°С
			Материал	полипропилен		
			Крышка	есть		
			Перфорированный поддон	есть		
23	Контейнер для сбора органических отходов и острого инструментария класса «Б», ОЛДАНС или эквивалент		Тип	упаковка для сбора медицинских отходов		
			Класс опасности	Б		
			Цвет	желтый		
			Объем	Не менее 10		л
			Комплектация	иглосъемник, контейнер, крышка, наклейка		
			Материал	полимер		
			В сборе	Да		
24	Носилки медицинские ММ-1А7 Промресурс или эквивалент		Каркас	сплав алюминия		
			Полотно	ткань специализированная		
			Вид	складной		
			Вес	Не более 5		кг
			Нагрузка	Не менее 159		кг
25	Матрас вакуумный иммобилизирующий КОКОН взрослый		Номинальная нагрузка	Не менее 150 не более 170		кг
			Масса	Не более 7,0		кг
			Насос механический	наличие		

	МВИов-02 Омнимед или эквивалент		Сумка-рюкзак	наличие		
			Конструкция	многокамерная		
			Рентгенопрозрачный	да		
			регистрационное удостоверение	да		
			Защитные чехлы — съёмные	да		
			Количество боковых отверстий	Не менее 8 не более 12		шт.
			Наполнитель	да		
26	Матрас вакуумный иммобилизирующий КОКОН детский МВИд-01 Омнимед или эквивалент		Номинальная нагрузка	Не менее 70 не более 90		кг
			Масса	Не более 5		кг
			Насос механический	наличие		
			Сумка-рюкзак	наличие		
			Конструкция	многокамерная		
			Рентгенопрозрачный	да		
			Регистрационное удостоверение	да		
			Защитные чехлы — съёмные	да		
			Количество боковых отверстий	Не менее 8 не более 12		шт.
			Наполнитель	да		
27	Заготовки шин транспортных разового пользования		Материал	гофрированный картон с водоотталкивающей пропиткой		
			Застежка текстильная	да		

			Назначение	иммобилизация шейного отдела позвоночника, плеча, предплечья, голени, бедра (с вытяжением)		
			Масса	не более 1		кг
			Заготовка большая тип II	4		шт.
			Заготовка малая тип III	1		шт.
			Заготовка малая тип IV	1		шт.
			Кольцо эластичное	2		шт.
			Бинт	2		шт.
Перечень оборудования №2 по разделу: Медицинское оборудование (импортное)						
28	Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 Аксион с 4-мя каналами (модель: ЮМГИ.941135.009-03) или эквивалент		Тип дисплея	ЖК TFT		
			Размер дисплея	Не менее 7		дюйм
			Цветной дисплей	да		
			Разрешение дисплея	800x640		точек
			Количество каналов	не более 4		шт.
			Импульс дефибрилляции	бифазный, трапецеидальной формы, несимметричный, с соотношением отрицательной и положительной полуволн по току (0,5±0,1)		
			Выбор энергии в ручном режиме для взрослого	[5- 360]		Дж
			Выбор энергии в ручном режиме для детей	[5- 150]		Дж
			Время накопление энергии до 200 Дж	Не более 6		с
			Звуковая и световая сигнализация	да		
			Мониторинг параметров	ЭКГ, SpO2, НИАД, ИАД		

			Возможность просмотра на экране одновременно отведений	Не менее 10		
			Термопринтер	наличие		
			Возможность создания архива данных пациентов	да		
			Регистрационное удостоверение	да		
			Вес дефибрилятора, включая аккумулятор	Не более 8		кг
29	Электрокардиограф 3-х канальный со встроенным термопринтером и экраном ЭК12Т-01-Р-Д/141 или эквивалент		Количество регистрируемых каналов	3		
			Отведения	12		
			Защита от дефибриляции	да		
			Вес	Не более 1,5		кг
			Тип дисплея	ЖК		
			Разрешение дисплея	640*480		пиксель
			Диагональ дисплея	Не менее 85		мм
			Регистрационное удостоверение	да		
			Полная комплектация	да		
			Сумка	Да		
			Комплект отводов	Да		
			Память внутренняя	Не менее 400		измерение
			Память внешняя	USB флэш-накопитель		
			Связь с ПК	Да		
Автономная работа	от аккумулятора					
	Напряжение	220		В		

			электропитания			
30	Весы. Анализатор состава тела и обмена веществ в организме по методу биоэлектрического анализа Tanita BC-545 или эквивалент		Длина	не менее 360 не более 400		мм
			Ширина	Не менее 300 не более 330		мм
			Высота	Не менее 50 не более 60		мм
			Тип батареек	АА		
			Предел взвешивания	Не менее 150		кг
			Память	Не менее 5		изм.
			Материал платформы	пластик		
			Тип дисплея	ЖК		
			Автоотключение	да		
			Расчет уровня висцерального жира	да		
			Функция "Фиксация веса"	да		
31	Лабораторный рН-метр Kelilong PH-013 или эквивалент		Среда или материал для измерения	вода		
			Измеряемые величины	уровень рН, окислительно-восстановительный потенциал, температура		
			Диапазон измерений	[0-100]		°С
			Диапазон измерений	[0-14]		рН
			Расположение	внешний выносной		
			Тип	сменный (рН), сменный (ORP), щуп (температура)		
			Тип дисплея	LCD		
Вес	Не более 300		г			
Перечень оборудования №3 по разделу: Медицинские инструменты (отечественные)						
32	Аптечка первой помощи (коллективная на 100 человек)		Соответствие ТУ	ТУ 9398-058-10973749-2008 РУ №ФСР 2008/03785		
			Тип	коллективная		
			Численность человек	100		
			Футляр	да		

			Тип	сумка		
			Длина	Не менее 350 не более 380		мм
			Ширина	Не менее 280 не более 310		мм
			Высота	не менее 140 не более 160		мм
33	Набор для оказания первой помощи на воде		Назначение	оказание первой медицинской помощи на судах речного и морского флота, при проведении водолазных и спасательных работ		
			Комплектность	Бинт стерильный 10 шт. Вата гигроскопическая 2 уп. Жгут кровоостанавливающий 2 шт. Лейкопластырь на тканевой основе бактерицидный 10 шт. Лейкопластырь эластичный рулонный 2 шт. Пакет перевязочный 3 шт. Салфетка противоожоговая 5 шт. Салфетка гемостатическая 5 шт. Салфетка дезинфицирующая 20шт. Салфетка медицинская стерильная 1 уп. Маска для ИВЛ "Рот-в-рот" 1 шт.(взрослая) и 1 шт. (детская) Носилки плащевые 1 шт. Повязка косыночная средняя 1шт. Шина складная для верхней конечности 1 шт. Шина складная для нижней конечности 1 шт. Шина-воротник транспортная взрослая ШВТ-XL 1 шт. Ножницы тупоконечные костные прямые 1 шт.		

				Пинцет цифровой анатомический 1 шт. Покрывало спасательное 1 шт. Простыня медицинская стерильная – комплект из 2 шт.		
			Длина	не менее 360 не более 400		мм
			Ширина	Не менее 280 не более 320		мм
			Высота	Не менее 180 не более 220		мм
			Вес	Не более 5		кг
34	Набор для оказания экстренной медицинской помощи НРСП-02 Медплант или эквивалент		Тип	реанимационный		
			Масса	не более 7		кг
			Состав	Не менее 25		позиция
35	Подушка-валик массажный ПВалМФО1 ВиЦыАн или эквивалент		Тип	ортопедический		
			Материал наполнения	пенополиуретан марки ST 25/36		
			Длина	не более 500		мм
			Ширина:	не более 150		мм
			Высота:	не более 75		мм
			Чехол	Влагонепроницаемый съемный		
36	Тонометр для измерения артериального давления		Тип	автоматический		
			Автоматический режим работы	Да		
			Индикатор движения	Нет		
			Индикатор аритмии	Да		
			Размер манжеты	22-32		см
			Объем памяти измерения	не менее 30		измерение
			Питание	от батареек		
Наличие дисплея	да					

37	Подушка-валик массажный 500 мм ВалМФ ВиЦыАн или эквивалент		Тип	ортопедический		
			Материал наполнения	пенополиуретана марки ST 25/36		
			Длина	Не более 500		мм
			Ширина	Не более 150		мм
			Высота	Не более 150		мм
			Чехол	Влагонепроницаемый съемный		
38	Подушка-валик массажный 250 мм ВалМФО2 ВиЦыАн или эквивалент		Тип	ортопедический		
			Материал наполнения	пенополиуретана марки ST 25/36		
			Длина	Не более 250		мм
			Ширина	Не более 150		мм
			Высота	Не более 75		мм
			Чехол	Влагонепроницаемый съемный		
39	Лоток медицинский почкообразный		Длина	не менее 250 не более 270		мм
			Ширина	Не менее 150 не более 170		
			Высота	Не менее 30 не более 34		
			Объем	Не менее 0,5		л
			Материал	Сталь: AISI 430		
40	Стакан медицинский		Диаметр	76		мм
			Материал	Сталь: AISI 304		
			Высота	Не более 130		мм
41	Спирометр портативный УСПЦ-01 или эквивалент		Диапазон измерения объема	[1,0 – 9,9]		л
			Погрешность в диапазоне 1,0 – 3,9 л	не более 0,2		%
			Погрешность в диапазоне 4,0 – 9,9 л	не более 5		%
			Питание	батарея типа «Крона» (8-9 В)		

			Вес (без футляра)	Не более 0,2		кг
42	Фонендоскоп-стетоскоп двухсторонний СФ-03 Адьютор или эквивалент		Тип	стетофонендоскоп Раппопорта		
			Принцип работы	механический		
			Акустическая головка	двусторонняя		
			Длина трубки	Не менее 50		см
			Материал трубки	латекс		
			Вес	Не более 300		г
43	Жгут резиновый кровоостанавливающий		Материал	резина		
			Длина	Не менее 720 не более 760		мм
44	Набор шприцов одноразовых 5 мл		Тип	шприц трехкомпонентный		
			Объем шприца	5		мл
			Количество в упаковке	Не менее 100		шт.
			Размер иглы	22G		
			Диаметр иглы	0,7		мм
			Метод стерилизации	этиленоксид		
45	Пинцет анатомический П-99в или эквивалент		Область применения	общая хирургия		
			Вид инструмента	зажимной		
			Форма	прямая		
			Длина	150		мм
			Материал	сталь		
			Толщина	2,5		мм
46	Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 140 мм, Н-3т или эквивалент		Общая длина ножниц	140		мм
			Длина рабочей части	45		мм
			Вид рукоятки	2-х браншевая кольцевая		
			Размер колец рукоятки	20 × 23		мм
			Стерилизация	метод автоклавирования при 134 °С и сухожаровой шкаф до 200 °С		

47	Грелка резиновая		Тип	А		
			Корпус грелки	резина типа 300		
			Вместимость	1		л
			Длина корпуса	Не менее 190 не более 200		мм
			Длина горловины	Не менее 40 не более 60		мм
			Ширина	Не менее 150 не более 160		мм
48	Лоток прямоугольный медицинский ЛМПР или эквивалент		Длина	Не менее 200		мм
			Ширина	Не менее 150		мм
			Высота	Не менее 25		мм
			Объем	0,5		л
			Масса	Не более 0,27		кг
			Марка стали	AISI 430		
49	Шпатель для языка полимерный стерильный К-ПИ или эквивалент		Вид инструмента	шпатель одноразовый		
			Стерильность	Да		
			Количество в упаковке	Не менее 130		шт.
			Длина	Не более 185		мм
			Материал	полимер		
50	Шина Крамера проволочная		Материал	Углеродистая сталь марки Ст3 ГОСТ 380-71		
			Покрытие	металлическое цинковое		
			Длина шины для ног	Не более 1200		мм
			Ширина шины для ног	Не более 110		мм
			Длина шины для рук	Не более 800		мм
			Ширина шины для рук	Не более 80		мм
51	Корнцанг изогнутый для детей, 228 мм		Тип инструмента	зажимной		

			Функциональное назначение	Для введения тампонов, захватывания, перекладывания и подачи стерильных инструментов и перевязочного материала		
			Длина	228		мм
			Длина рабочей части	Не более 14		мм
			Ширина рабочей части	Не более 5		мм
			Высота изгиба	Не более 5		мм
			Ширина рабочей части по вертикали	Не более 5		мм
			Размер колец рукоятки	20x26		мм
52	Набор одноразовых простыней в рулоне		Количество в рулоне	Не менее 100		шт.
			Материал	sms		
			Плотность материала:	Не менее 12		гр/м ²
			Длина	Не более 200		см
			Ширина	Не более 80		см
			Форма выпуска	рулон с перфорацией		
53	Крафт – пакеты для стерилизации		Длина пакета	Не более 200		мм
			Ширина пакета	Не более 100		мм
			Количество в упаковке	Не менее 100		шт.
Перечень оборудования №4 по разделу: Медицинская и лабораторная мебель (отечественная)						
54	Стол лабораторный письменный однотумбовый		Ширина:	не менее 1100 не более 1300		мм
			Глубина:	не менее 500 не более 700		мм
			Высота	не менее 700 не более 800		мм
			Каркас	Травмобезопасный алюминиевый		
			Материал корпуса	ЛДСП 8 и 16 мм		
			Материал фасада с кромкой	ПВХ 2 мм		

			Материал столешницы	ЛДСП 22 мм + пластик 0,6 мм		
			Материал кромки столешницы	ПВХ 2 мм		
			Конструкция	разборная		
			Тумба	встроенная		
			Количество выдвижных ящиков	3		шт.
55	Стол для врача с подвесной тумбой		Ширина	Не менее 1200 не более 1400		мм
			Глубина	Не менее 500 не более 700		мм
			Высота	Не менее 700 не более 800		мм
			Вес	Не более 50		кг
			Конструкция	разборная		
			Материал корпуса	ЛДСП 16 мм		
			Материал кромки	ПВХ 0,45 мм		
			Материал столешницы	ЛДСП 16 мм		
			Материал кромки столешницы	ПВХ 2 мм		
			Количество тумб	1		шт.
			Количество выдвижных ящиков	3		шт.
56	Стул для врача крутящийся со спинкой		Тип стула	винтовой		
			Вес	Не более 10		кг
			Ширина	Не менее 450 не более 550		мм
			Глубина	Не менее 450 не более 550		мм
			Каркас	металл		
			Регистрационное удостоверение	да		
57	Кушетка медицинская смотровая КМС-01-		Длина	1950±50		мм
			Ширина	650±20		мм

	"МСК" МСК-203 или эквивалент		Высота	520±10		мм
			Вес	Не более 30		кг
			Регулировка подголовника	бесступенчатая		
			Угол наклона подголовника	от 0° до 45°		
			Конструкция	разборная		
			Регистрационное удостоверение	да		
58	Ширма медицинская трехсекционная ШМ-МСК (МСК-3302-01) или эквивалент		Длина	Не более 2400		мм
			Длина одной секции	Не более 800		мм
			Ширина	Не более 400		мм
			Высота	Не более 1720		мм
			Конструкция	разборная		
			Тип	трехсекционная		
			Каркас	металл с полимерным покрытием		
			Материал экрана	пленка ПВХ		
59	Шкаф медицинский ПАКС М2 175.80.40 или эквивалент		Ширина	Не менее 750 не более 850		мм
			Глубина	Не менее 350 не более 450		мм
			Высота (без опор)	Не более 1800		мм
			Конструкция	разборная		
			Материал	металл		
			Толщина металла	Не менее 0,6		мм
			Тип покрытия	полимерно-порошковое		
			Количество отделений	2		шт.
			Количество полок	2		шт.
60	Шкаф медицинский для документов		Ширина	Не более 850		мм
			Глубина	Не более 450		мм
			Высота	Не более 1850		мм
			Конструкция	разборная		

			Каркас	алюминиевый		
			Материал каркаса	ЛДСП 8 и 16 мм		
			Материал полок	ЛДСП 16 мм		
61	Шкаф медицинский для одежды		Ширина	Не более 850		мм
			Глубина	Не более 450		мм
			Высота	Не более 1850		мм
			Конструкция	разборная		
			Каркас	алюминиевый		
			Материал каркаса	ЛДСП 8 и 16 мм		
			штанга для одежды	наличие		
62	Стол массажный Heliox FM22 или эквивалент		Тип	Стационарный		
			Регулировка высота	да		
			Механизм изменения высоты	высота изменяется вращением ручки (червячный механизм)		
			Допустимая нагрузка	Не более 200		кг
			Каркас	сталь		
63	Стол инструментальный СИП-2/М-Я или эквивалент		Каркас стола	стальная труба		
			Материал ящика выдвижного	листовая сталь 0,8 мм		
			Количество колес	4		шт.
			Диаметр колес	50		мм
			Тип колес	самоориентирующиеся		
			Длина	Не менее 650 не более 700		мм
			Ширина	Не менее 400 не более 500		мм
			Высота	Не менее 850 не более 900		мм
			Количество полок	2		шт.
			Материал полок	листовая сталь 0,8 мм		
64	Стул массажиста МА-03МСТ-3СЛ или эквивалент		Ширина	не менее 73 не более 79		см
			Глубина	не менее 50 не более 58		см
			Высота	не менее 125 не более 129		см
			Материал	Сталь		

		Тип привода	Механический		
		Наполнитель	пенополиуретан		
65	Стол для титрования со столешницей из керамогранитной плитки НВ-1200 ТК или эквивалент	Материал столешницы	ЛДСП		
		Ширина в собранном виде	Не менее 1100 не более 1300		мм
		Глубина в собранном виде	Не менее 600 не более 800		мм
		Высота в собранном виде	Не менее 1600 не более 1700		мм
		Высота от пола до столешницы	Не менее 800 не более 900		мм
		Высота надстройки	Не менее 780 не более 820		мм
		Глубина надстройки	Не менее 230 не более 270		мм
		Ширина полочек по бокам	170±10		мм
		Ширина светового экрана (зоны для титрования)	Не менее 700 не более 800		мм
66	Мойка лабораторная МК-Л-01 или эквивалент	Ширина	Не менее 550 не более 650		мм
		Глубина	Не менее 550 не более 650		мм
		Высота	Не менее 800 не более 850		мм
		Конструкция	разборная		
		Каркас	алюминиевый		
		Заполнение каркаса	ЛДСП		
		Покрытие столешницы	бумажно-слоистый пластик 0,6 мм		
		Мойка	врезная		
		Ширина мойки	Не менее 350 не более 400		мм
		Глубина мойки	Не менее 300 не более 350		мм
Высота мойки	Не менее 160 не более 200		мм		

			Количество сифонов с шлангом гофрированным	1		шт.
			Количество шлангов подачи воды	2		шт.
			Количество смесителей химических	1		шт.
67	Шкаф для приборов МД 1 1760 R или эквивалент		Ширина	Не менее 550 не более 650		мм
			Глубина	Не менее 380 не более 420		мм
			Высота	Не менее 1700 не более 1800		мм
			Вес	не более 35		кг
			Конструкция	разборная		
			Материал	металл		
			Количество дверок	2		шт.
			Количество полок	4		шт.
			Тип замка	ключевой		
			Количество замков	2		шт.
			регистрационное удостоверение	да		
68	Шкаф для химических реактивов		Ширина	Не менее 750 не более 850		мм
			Глубина	Не менее 380 не более 420		мм
			Высота	не более 1850		мм
			Конструкция	разборная		
			Каркас	алюминиевый		
			Количество дверей	4		шт.
			Количество секций	4		шт.
			Заполнение каркаса	ЛДСП 8 и 16 мм		
			Материал полок	ЛДСП 16 мм		
69	Вытяжной шкаф (в комплекте розетки, светильник, вытяжной блок с гофрированной		Ширина	не более 1100		мм
			Глубина	не более 700		мм
			Высота	не более 2000		мм
			Длина мойки	Не более 160		мм

	трубой) НВ-1200ШВ-Б или эквивалент		Ширина мойки	Не более 160		мм
			Глубина мойки	Не менее 100 не более 120		мм
			Конструкция	неразборная		
			Материал	ЛДСП 16 мм		
			Материал столешницы	керамическая плитка		
			Тумба	есть		
70	Стол лабораторный		Ширина	Не менее 750 не более 850		мм
			Глубина	Не менее 580 не более 620		мм
			Высота	Не менее 820 не более 880		мм
			Вес	не более 35		кг
			Конструкция	разборная		
			Профиль каркаса	травмобезопасный алюминиевый		
			Материал каркаса	ЛДСП 8 и 16 мм		
			Материал фасада с кромкой	ПВХ 2 мм		
			Материал столешницы	ЛДСП 22 мм		
			Материал кромки столешницы	ПВХ 2 мм		
71	Тумба медицинская		Ширина	Не менее 780 не более 820		мм
			Глубина	Не менее 590 не более 620		мм
			Высота	Не менее 820 не более 880		мм
			Конструкция	разборная		
			Каркас	алюминиевый		
			Заполнение каркаса	ЛДСП		
			Толщина столешницы	Не менее 28		мм
			Дверка	1		шт.
			Полка	1		шт.
			Ящик	3		шт.

72	Массажная кабина	Ширина	не более 1800		мм
		Глубина	не более 2200		мм
		Высота	не более 2000		мм
		Высота от пола до нижней части каркаса	не более 250		мм
		Материал каркаса	металлические никелированные трубы		
		Материал штор	хлопок		
		Тип штор	антистатические, экранирующие, огнестойкие		
Перечень оборудования №5 по разделу: Компьютерное оборудование					
73	Компьютер персональный	Тип	моноблок		
		Диагональ	23,8		дюйм
		Разрешение экрана	1920x1080 (Full HD)		точки
		Процессор	не менее Intel Core i5 11400 2.6ГГц или эквивалент		
		Тип графического контроллера	интегрированный		
		Объем оперативной памяти	не менее 16		Гб
		Объем SSD	не менее 512		Гб
		Поддержка Bluetooth	да		
		Установленная операционная система	windows 11 PRO или эквивалент		
		ИБП	да		
		Беспроводная клавиатура	да		
		Беспроводная мышь	да		
Перечень оборудования №6 по разделу: Мебель (отечественная)					
74	Стол приставной	Тип	приставной		
		Материал столешниц,	ЛДСП		

			опор			
			Толщина столешниц, опор	25		мм
			Материал кромки	ПВХ		
			Толщина кромки	2		мм
			Проставки между столешницей и опорами	пластик		
			Толщина царг	18		мм
			Ширина	Не менее 1580 не более 1620		мм
			Глубина	Не менее 680 не более 720		мм
			Высота	Не более 760		мм
75	Витрина для кубков		Материал каркаса	алюминий		
			Профиль окрашен порошковой краской	да		
			Радиусные закругления	2		
			Длина	Не менее 4400 не более 4600		мм
			Высота	Не менее 1900 не более 2100		мм
			Глубина	Не менее 450 не более 550		мм
			Количество секций	5		шт.
			Количество полок стеклянных в секции	3		шт.
			Материал панелей	МДФ		
76	Стойка ресепшн для тренера		Материал	ЛДСП		
			Ширина	Не менее 880 не более 920		мм
			Глубина	Не менее 880 не более 920		мм
			Высота	Не более 1250		мм
			Толщина гостевой столешницы и внутреннего стола	Не менее 22		мм
			Внутренний стол	Да		

			Высота стола внутреннего	Не более 820		мм
			Цветовое решение согласно брендбука	да		
Перечень оборудования №7 по разделу: Хозяйственный инвентарь						
77	Контейнер для хранения ртутьсодержащих ламп КРЛ-2-120 или эквивалент		Ширина	Не менее 1500 не более 1700		мм
			Глубина	Не менее 500		мм
			Высота	Не более 600		мм
			Вес	Не более 60		кг
			Цвет	оранжевый		
			Покрытие	порошковая краска		
78	Поручень в сан узел для инвалидов		Поручень опорный для санузла, откидной, с фиксатором, с бумагодержателем, напольный, сталь ASI 430, D38 мм	да		
			Количество поручней	2		шт.
			Длина поручня № 1	97		см
			Ширина поручня № 1	20		см
			Высота поручня № 1	84		см
			Поручень опорный для раковины, с креплением к стене и к полу, тип 1, сталь ASI 430, D38 мм	да		
			Количество поручней	1		шт.
			Длина поручня № 2	75		см
			Ширина поручня № 2	75		см
			Высота поручня № 2	55		см
			Количество анкеров крепления	1		к-т.
79	Ведро пластиковое		Количество ведер	2		шт.

	уборочное с отжимом		Объем ведер	[15]		л
			Тип системы отжима	механический		
			Комплектация	держатель для мешка, защитные диски на колесах, корзина для бытовой химии, отжим для МОПов, перекидная ручка, платформа, поддон, полка-мостик, транспортная ручка		
			Длина базы	Не более 120		см
			Ширина базы	Не более 45		см
			Высота базы	Не менее 100		см
			80	Швабра с телескопической ручкой		Длина ручки
Диаметр ручки	Не менее 20 не более 25					мм
Держатель для МОПа	да					
Телескопическая ручка	да					
МОП прошитый петельчатый из хлопка-эластана	да					
81	Тележка уборочная		Тип	набор для уборки		
			Комплектация	3 ведра + набор для уборки		
			Материал базы	металл		
			Ширина	Не менее 100 не более 110		см
			Глубина	Не менее 90 не более 95		см
			Высота	Не менее 50 не более 55		см
			Отжим	да		
			Количество лотков	1		
			Количество/объем ведер	1×25 литров, 2×6 литров		
			Мешок для мусора	да		
82	Аппарат для надевания ПВХ-бахил с ЖК-		Высота	Не более 35		см
			Ширина	Не более 45		см

дисплеем BOOT-PACK THERMO XT-46C или эквивалент	Глубина	Не более 90		см
	количество ПВХ-бахил из одного рулона пленки	не менее 1 000 шт. (500пар)		
	ЖК-дисплей с графической и звуковой индикацией процесса	да		
	Время обувания ПВХ-бахилы	не более 8		сек
	Отображение на дисплее количества оставшихся бахил	да		
	Количество уровней регулировки температуры	Не менее 5		
	Часы и таймер включения и выключения аппарата	да		
	Цвет	черный		
	Функция сушки обуви	да		

Перечень оборудования №10 по разделу: Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь (отечественное)

83	Гриффы	Гриф для штанги олимпийский 1500 мм	2		шт.
		Совместимость с подставкой Foreman FR-815	да		
		Гриф для штанги W-образный	2		шт.
		Нагрузка	Не более 150		кг
		Диаметр гриффов	50		мм
		Тип замков	Замки-пружины		
		Высота анкера для	210		мм

			подставки			
			Диаметр анкера для подставки	10		мм
			Количество анкеров	6		шт.
84	Диски металлические		Материал	сталь		
			Вес	15		кг
			Цвет	черный		
			Диаметр посадочный	51		мм
			Оболочка	обрезиненная		
			Количество дисков	2		шт.
85	Крепления для разделительных дорожек бассейна		Количество храповиков	7		шт.
			Количество пружин	7		шт.
			Количество стопорных пластин	7		шт.
			Количество тросов	7		шт.
			Длина троса	26		м
			Диаметр троса	4		мм
			Материал троса	Нерж.		

Перечень оборудования №11 по разделу: Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь (импортное)

86	Тренажер для пловцов биокинетический эргометр VASA Swim Ergometer или эквивалент		Вес	Не более 36		кг
			Ширина скамьи	Не более 34		см
			Длина скамьи	Не более 90		см
			Лопатки для имитации плавания	1		пара
			Рукоятки для силовых упражнений	1		пара
			Биокинетический блок	да		
			Монитор PM3 Power Meter (С опцией ANT+)	да		
			Задняя опорная стойка из стали с антикоррозийным	да		

			эпоксидным покрытием			
			Монорельс из алюминиевого профиля, соединяющий заднюю опорную стойку и биокинетический блок	да		
			Подвижная скамья с роликами	да		
			Резиновый жгут для возврата скамьи	да		
			Комплект крепежа	да		
87	Ноутбук		Размер экрана	15,6		Дюйм
			Процессор	не менее Intel Core i5 1135G7 2.4 ГГц (4.2 ГГц, в режиме Turbo) или эквивалент		
			Размер оперативной памяти	не менее 8		Гб
			Тип накопителя	SSD		
			Размер накопителя	не менее 512		Гб
			Установленная операционная система	Windows 10 pro или эквивалент		
			Количество USB	не менее 2		шт.
			Клавиатура с русскими буквами	да		
88	Принтер		Тип	Лазерный цветной		
			Формат	A4		
			Максимальная нагрузка	Не менее 30000		стр.
			Двухсторонняя печать	автоматическая		
			Скорость цветной и черно-белой печати	Не менее 21		стр./мин

			Разрешение	1200x1200		Пикс.
			Процессор	Не менее 800		МГц
			Размер оперативной памяти	не менее 512		Мб
			Слот для дополнительной карты SD/SDHC	да		
			USB-интерфейс для прямой печати	да		
			Подача бумаги с универсального лотка	Не более 50		лист
			Подача бумаги с нижнего лотка	не более 250		лист
			Максимальный объём подачи бумаги с дополнительным оборудованием	не более 550		лист
			Вывод бумаги	Не более 150		лист
			Подключение через USB 2.0 (Hi-Speed), Gigabit Ethernet	да		
89	Иглы для насоса		Размер внутреннего диаметра	5		мм
			Размер внешнего диаметра	7		мм
			Материал	Сталь		
			Цвет основной	Серебристый металлик		
			количество в упаковке	Не менее 10		шт.
Перечень оборудования №12 по разделу: Видеоборудование (импортное)						
90	Цифровая видеокамера Canon EOS C100 Mark II или эквивалент		Датчик изображения	CMOS-датчик типа Super-35		
			Система	Фильтр основных цветов RGB (фильтр Байера)		

		Общее число пикселей	9,84		мегапиксели
		Динамический диапазон	При обычной съемке: 300% При использовании гаммы Canon Log: 800%. При использовании широкого динамического диапазона (Wide DR): 800% (ISO 850 или выше/усиление 2,5 дБ или больше)		
		Объектив	да		
		Крепление объектива	Canon EF, включая объективы EF-S и EF Cinema		
		Фокусное расстояние	Эквивалентно 1,53х фокусного расстояния объективов EF, объективов Cinema Zoom в соответствии с фокусным расстоянием объектива		
		Коррекция периферийной освещённости	есть		
		Процессор обработки изображения	DIGIC DV 4		
		ЖК-экран	Органический светодиодный экран (OLED) 8,8 см, обзор 100%		
		Электронный видоискатель	1,15 см		
		Сохраненная конфигурация	9, включая 3 предустановленных (CINEMA, широкий динамический диапазон (Wide DR) и EOS Std)		
91	Секундомер 4-х стрелочный СтС-4.90 или эквивалент	Длина	Не более 900		мм
		Ширина	Не более 900		мм
		Профиль	130 мм (пластик)		
		Подсветка	нет		
		Период вращения	60		сек

			стрелки			
			Дискретность вращения стрелки	1,8		гр.
			Диаметр циферблата	Не более 850		мм
			Количество стрелок	4		шт.
			Напряжение сети	220		В
			Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 -1 кВ	70		м
			Короб проводки эл.	40		м
			Гофра 18мм	26		м
92	Защитное сетчатое ограждение для спортзала		Высота	8		м
			Длина	36,6		м
			Толщина нити	3		мм
			Ячейка	100x100		мм
93	Мат-протектор для колонн		Тип наполнителя	ПВВ		
			Плотность	Не более 160		кг/м3
			Толщина	5		см
			Плотность пвх	Не более 650		гр/м2
			Длина	2000		мм
			Ширина	500		мм
			Толщина	40		мм
			Согласно рельефу стен	да		
94	Громкоговоритель ручной		Аккумулятор в комплекте	да		
			Мощность RMS	10		Вт
			Регулировка громкости	да		
			Дальность	Не более 500		м
			Сигнал "Сирена"	да		
			Тип микрофона	встроенный		
			Ширина	Не более 14		см

			Высота	Не более 14		см
			Глубина	Не более 23		см
95	Модернизация комплекта баскетбольного судейства		Описание	Модернизация табло атаки с одновременной поставкой светодиодного сигнализатора. Сигнализатор окончания четверти включается, когда на игровых часах загорается значение 00:00.0. Модернизация баскетбольного табло		
			Модернизация табло атаки 2 шт	да		
			Модернизация табло баскетбольного 1 шт	да		
			Количество пультов управления	1		шт.
			создание линии синхронного управления	да		
			Длина ленты	5000		мм
			Ширина ленты	12		мм
			Толщина ленты	8		мм
			Элемент индикации	светодиод SMD		
			Яркость светодиодов	3,5		Кд
			Угол половинной яркости	120		градус
			Температура эксплуатации	от 0 до +60		°С
			Напряжение питания	12		В
			Потребляемая мощность	Не более 30		Вт
			Тип крепления	Настенное		
	Вес в упаковке	Не более 0,2		кг		

96	Крепеж для сетки	Карабин DIN 5299С, 5мм, оцинкованный	да		
		Количество карабинов	Не более 150		шт.
		Трос стальной, оцинкованный, DIN 3055, d=4 мм	да		
		Длина троса	Не менее 400		м
		Количество анкеров для крепления к конструкциям	Не более 150		шт.
		Талреп DIN 1480, крюк- кольцо, М12 оцинкованный	да		
		Количество талрепов	Не более 18		шт.
		Цепь короткозвенная DIN 766, оцинкованная с-таль, d=6мм	да		
		Количество цепей	Не более 100		шт.
		Зажим троса двойной, 5мм, оцинкованный	да		
		Количество зажимов	Не более 120		шт.
		Подгруз нижний весовой в стальной трубе	да		
		Количество подгрузов	Не менее 20		шт.
		Количество хомутов крепления подгруза	Не менее 100		шт.
Количество чехлов для подвеса подгруза с люверсами	Не менее 20		шт.		
97	Шторы на душевые	Форма	Прямой		
		Длина	Не более 220		см
		Цвет	Хром		

		Диаметр	2,2		см
		Максимальная нагрузка	Не более 2		кг
		Штора	да		
		наличие люверсов	да		
98	Тренажер для пловцов-тележка HYDROTONUS 033105 или эквивалент	Материал "доски"	стальная квадратная труба		
		Длина	Не менее 310		см
		Ширина опоры	Не менее 49		см
		Высота	Не менее 48		см
		Материал нижней опоры	труба круглого профиля		
		Материал роликов	ПВХ		
		Ролики на подшипниках	да		
99	Турник-брусья DFC Power Tower G008 или эквивалент	Класс тренажера	Коммерческий		
		Группа мышц	Грудь, Пресс, Руки, Спина		
		Максимальный вес пользователя	Не менее 120		кг
		Длина	Не более 77		см
		Ширина	Не более 99		см
		Высота	Не более 230		см
		Турник регулируется по высоте	да		
100	Гантельный ряд от 2,5 кг до 25 кг	Вес	Не более 300		кг
		Ширина рукояти	Не более 150		мм
		Диаметр рукояти	Не более 28		мм
		Особенности	2,5 кг - 25 кг (10 пар), шаг 2,5 кг		
		Стойка	да		
		Ширина стойки	Не более 2500		мм
		Глубина стойки	Не более 675		мм
		Высота стойки	Не более 850		мм
		Основание стойки	профиль толщиной 3 мм		
		Расстояние между	Не более 250		мм

			гнездами			
101	Гантельный ряд от 27,5 кг до 50 кг		Вес	Не более 800		кг
			Ширина рукояти	Не более 140		мм
			Диаметр рукояти	28		мм
			Особенности	27,5 кг - 50 кг (10 пар), шаг 2,5 кг		
			Стойка	да		
			Ширина стойки	Не более 2500		мм
			Глубина стойки	Не более 675		мм
			Высота стойки	Не более 850		мм
			Основание стойки	профиль толщиной 3 мм		
			Расстояние между гнездами	Не более 250		мм
102	Душевая верхняя насадка IDDIS или эквивалент		Вид монтажа	потолок/стена		
			Материал	ABS-пластик		
			Тип резьбы	1/2		
			Диаметр	228		мм
			Держатель	нет		
103	Комплект для подключения ТВ		Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 -1 кВ	да		м
			Длина кабеля	325		м
			Длина короба проводки эл.	256		м
			Диаметр гофры	18		мм
			Длина гофры	70		м
			Тип кабеля антенного	RG-6U		
			Длина кабеля антенного	120		м
			Количество розеток ТВ	4		шт.
			Количество розеток 220В	4		шт.
			Информационный кабель UTP 4PR CAT5e 4x2x0,51	да		

			Длина информационного кабеля	250		М
			Информационная розетка RJ45 UTP cat 5 цвет	да		
			Количество информационных розеток	4		шт.
104	Контрастная предупреждающая полоса, ширина 300 мм		Материал	холодный пластик		
			Цвет	желтый, черный		
			Длина	300		мм
			Ширина	300		мм
			Вес	Не более 0,6		кг
105	Контрастная предупреждающая полоса, ширина 150 мм		Материал	холодный пластик		
			Цвет	желтый, черный		
			Длина	300		мм
			Ширина	150		мм
			Вес	Не более 0,3		кг
106	Тротуарная тактильная плитка		Цвет	желтый		
			Основа	ПВХ (поливинилхлорид)		
			Тип поверхности	матовая		
			Структура поверхности	рельефная		
			Фаска	4-сторонняя		
			Длина	500		мм
			Ширина	500		
			Толщина	5,5		мм
			Количество конусов на одной плитке	64		
Перечень оборудования №13 по разделу: Благоустройство						

107	Урна		Материал каркаса	металлическая полоса шириной не менее 40 мм металлический уголок сечением не менее 32х32 мм с толщиной полки не менее 3 мм		
			Материал корпуса	деревянные доски сечением не менее 50х30 мм		
			Материал основания	ж/б		
			Толщина основания	не менее 100		мм
			Наличие вставного ведра	да		
			Длина	Не более 430		мм
			Ширина	Не более 430		мм
Высота	Не более 700		мм			
108	Контейнерная площадка		Описание	навес со стенками на три контейнера с воротами		м
			Длина	Не менее 4,1 не более 4,3		м
			Ширина	Не менее 1,1 не более 1,3		м
			Высота	Не менее 2,1 не более 2,3		м
			Материал столбов	Профильная труба 40х40		
			Материал каркаса	Профильная труба 40х20		
Материал кровли и стен	Профлист					
109	Контейнеры		Описание	устанавливаются в контейнерную площадку, для отдельного сбора мусора		
			Материал	Пластик		
			Длина	Не более 80		см
			Ширина	Не более 140		см
			Высота	Не более 125		см
			Цвет	синий 2шт, серый 1 шт		
110	Парковка для велосипедов		Количество веломест	5		
			Длина	Не менее 1900 не более 1980		мм

			Ширина	Не менее 400 не более 440		мм
			Высота	Не более 850		мм
			Ширина под колесо	Не более 200		мм
			Материал	Сталь конструкционная		
			Толщина стали	2		мм
			Профиль основания	40x40		мм
			Профиль дуг	20x20		мм
111	Дорожный знак "СТОП"		Материал	металл (оцинкованное железо)		
			Толщина металла	0,8		мм
			Форма	восьмигранная		
			Ширина	700		мм
			Высота	700		мм
			Тип пленки	A1		
			Элементы отражения света	присутствует		
112	Дорожный знак "Парковка для инвалидов"		Состав	Дорожный знак "Парковка" - 1 шт.; Знак "Инвалид" - 1 шт.		
			Длина знака "Парковка"	70		см
			Ширина знака "Парковка"	70		см
			Вес знака "Парковка"	не менее 3 не более 4		кг
			Длина знака "Инвалид"	70		см
			Ширина знака "Инвалид"	35		см
			Вес знака "Инвалид"	не менее 1 не более 2		кг
			Крепление знаков	да		
113	Стойки для дорожных знаков		материал	Сталь оцинкованная		
			толщина стенки	3		мм
			длина	4		м
			диаметр	76		мм
			профиль	круг		

114	Номерки для гардероба	внешний вид согласовать с заказчиком	да		
		цвет	красный		
		логотип	да		
		шильда	да		
		Материал	пластик		
115	Бирки для ключей	внешний вид согласовать с заказчиком	да		
		Цвет	По согласованию с Заказчиком		
		Материал	пластик		

Инструкция по предоставлению сведений о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов) в заявке на участие в запросе предложений - далее - Инструкция:

Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией запроса предложений и подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией запроса предложений (далее - Сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара в соответствии с которыми заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг.

Перечисление ГОСТ, ТУ, СанПин, СНИП и т.д. осуществляется заказчиком с указанием соответствующих пунктов наименований товаров, содержащихся в Сведениях о товаре.

В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких - либо изкупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк « - », либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».

Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг указанного в Приложении № 3 к техническому заданию.

В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений.

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения;

Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения;

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения;

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения;

При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя.

В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данный символ, союз.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой».

В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(- ые) показатель (- и) из данного диапазона не включая крайние значения.

Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.

В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра.

При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка).

В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в Сведениях о товаре заказчиком указываются соответствующие значения требуемого параметра в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (при наличии), наименовании страны происхождения товара несет участник закупки.

При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия

таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.